

## FİZYOTENS 6000 KABLO ŞARTNAMESİ

- 1-KABLOUNUN UZUNLUĐU YAKLAŐIK OLARAK 2,5 METRE OLMALIDIR.
- 2-KABLONUN GİRİŐ JAKI 3,5 mm MONOJAK OLMALIDIR.
- 3-ÇIKIŐ JAK UZUNLUĐU 2.5 mm. OLMALIDIR.
- 4.ÇIKIŐ JAKI KIRMIZI-SİYAH OLMALIDIR.
- 5.KABLOUNUN RENGİ GRİ OLMALIDIR.
- 6-FABRİKASYON PRES BASKI OLMALIDIR.

**Özdemir**  
Gül Şahika ÖZDEMİR  
Sarıyer Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

**Uzm. Dr. Ahmet DEMİRKOL**  
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Dip. Tes. No:122356 - İht. Tes. No:85542

## TENS ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrot üzerinde elektrot kablosunun takılması için en az 2-3 cm. uygun kablo girişi olmalıdır.
- 2-Elektrotlar karbon lastik elektrot olmalıdır.
- 3-Elektrotlar fizik tedavide elektro tedavi uygulamalarında kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 4-Elektrotun boyutu 6x8 cm. olmalıdır.

**DEMİR**  
Araştırma Hastanesi  
Fizik Tedavi Uzmanı

**Uzm. Dr. Ahmet DEMİRKOL**  
Dr. Saniurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Fizik Tedavi Uzmanı  
No: 95542